

## LÍMITE DE DETECCIÓN DE ANÁLISIS DE GASES LICUADOS DE PETRÓLEO (GLP)

---

LÍMITE DE DETECCIÓN ESTIMADO DE ANÁLISIS DE GASES:				
ENSAYOS ACREDITADOS: ASTM D-2163				
Ensayo	Unidades	Método	Límite de detección	Límite de cuantificación
Metano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Etano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Propano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
N-Butano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Isobutano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
N-Pentano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Isopentano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Hidrogeno	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Oxigeno	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Nitrógeno	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
CO	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
CO2	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01
Hexano	%vol	ASTM D-1945/01	0,001	0,01